

NOTA ACLARATORIA CON CONSULTA Nº 1/2021

**ASUNTO: EXPTE. Nº 0100321- 125639/2021-0 "CONTRATACIÓN ABREVIADA ARTICULO 15 INC. I) LEY 8.072 Nº 129/2021 PARA LA ADQUISICIÓN DE 20 (VEINTE) RESPIRADORES" -MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.**-----

Salta, 14 de junio de 2021

Sr. Proveedor  
PRESENTE.-

Me dirijo a Usted, en relación a la contratación de referencia y a los efectos de dar respuesta a la consulta efectuada por el proveedor "**AGIMED S.R.L.**", habiendo dado intervención al organismo destinatario.

Es así como el Bioing. Ramiro Barreiro, Director General de Infraestructura de Ministerio de Salud Pública, responde lo siguiente:

➤ **CONSULTA AGIMED S.R.L:**

***En las especificaciones se solicita: "Volumen Tidal  $\leq 10$  a  $\geq 2500$ ml". Sin embargo, se podría considerar que el rango de pacientes adulto-pediátricos estaría cubierto si la ventilación en modos por volumen se pudiese ajustar a partir de los 100 ml, y además, considerando que los pacientes más pequeños suelen ventilarse por presión y no por volumen, se solicita tener a bien considerar aceptar ofertas con el siguiente **Volumen Tidal desde 100 a 2500ml.*****

***En las especificaciones se solicita: "CPAP nasal". Esta función se usa, en general, para neonatos. Se consulta si se aceptarán opciones que no posean esta opción para no elevar los productos ofrecidos.***

***En las especificaciones se solicita: "Deberá permitir el congelamiento de gráficos de curva no así los valores resultantes ni la barra de presión de la vía aérea". Esta función solicitada, no agregaría mayor información que la que el equipo entrega continuamente en forma automática en la monitorización de parámetros por parte del equipo. Se solicita por lo tanto tengan a bien considerar que este punto sea eliminado o modificado para que sea opcional y no de cumplimiento obligatorio.***

***En las especificaciones se solicita: "Capacidad Vital Lenta (SVC) y Pi max". Se consulta si se aceptarán opciones que no posean esta opción de forma automática, pero que permitan obtener dichos valores en con un procedimiento manual.***

***En los accesorios se solicita incluir: "Humidificador Fisher&Paykel MR-810 o equivalente, con cámara reusable adulto." Se solicita tengan a bien considerar ofertas sin dicho humidificador ya que es un equipo de una marca en particular que encarece el costo del respirador a cotizar y que también el hospital podría ya tener.***

➤ **RESPUESTA DGI-MSP:**

**Renglón 1 – Respiradores**

**En las especificaciones se solicita: "Volumen Tidal  $\leq 10$  a  $\geq 2500$ ml".** Sin embargo, se podría considerar que el rango de pacientes adulto-pediátricos estaría cubierto si la ventilación en modos por volumen se pudiese ajustar a partir de los 100 ml, y además, considerando que los pacientes más pequeños suelen ventilarse por presión y no por volumen se solicita tener a bien considerar aceptar ofertas con el siguiente **Volumen Tidal desde 100 a 2500ml.**

Si, se puede considerar este volumen. Lo planteado en el pliego se considera deseable, pero no excluyente.

**En las especificaciones se solicita: "CPAP nasal".** Esta función se usa, en general, para neonatos. Se consulta si se aceptarán opciones que no posean esta opción para no elevarlos productos ofrecidos.

Lo planteado en el pliego se considera deseable, pero no excluyente

**En las especificaciones se solicita: "Deberá permitir el congelamiento de gráficos de curva no así los valores resultantes ni la barra de presión de la vía aérea".** Esta función solicitada, no agregaría mayor información que la que el equipo entrega continuamente en forma automática en la monitorización de parámetros por parte del equipo. Se solicita por lo tanto tengan a bien considerar que este punto sea eliminado o modificado para que sea opcional y no de cumplimiento obligatorio.

Lo planteado en el pliego se considera deseable, pero no excluyente

**En las especificaciones se solicita: "Capacidad Vital Lenta (SVC) y  $P_i$  max".** Se consulta si se aceptarán opciones que no posean esta opción de forma automática, pero que permitan obtener dichos valores en con un procedimiento manual.

Lo planteado en el pliego se considera deseable, pero no excluyente

En los accesorios se solicita incluir: **"Humidificador Fisher&Paykel MR-810 o equivalente, con cámara reusable adulto."** Se solicita tengan a bien considerar ofertas sin dicho humidificador ya que es un equipo de una marca en particular que encarece el costo del respirador a cotizar y que también el hospital podría ya tener.

Lo planteado en el pliego se considera deseable, pero no excluyente.

Sin otro particular saludo a Ud muy Atentamente.



C.P.N. CLAUDIA GULEZZI  
SECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS  
DE CONTRATACIONES